



Braniewo, dnia 22.11.2018 r.

Znak sprawy: PCM/PP 10/NSSU//2018

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: przetargu publicznego na: **dostawę urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla zespołów ratownictwa medycznego w ilości: 1szt.**

Zamawiający otrzymał od oferentów zapytania o treści:

ZAPYTANIE I

Punkt 4.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z częstością kompresji wynoszącą 100 ± 1 /min?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Punkt 5.

Czy zamawiający dopuści urządzenie, które jako alternatywa dla aktywnej dekompresji klatki piersiowej – przez ssawkę - wykorzystuje pas obejmujący klatkę piersiową pacjenta, dzięki czemu podczas kompresji reaguje cała klatka piersiowa co dodatkowo pozwala zwiększyć wentylację oraz perfuzję krwi.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Punkt 7.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które zapewnia ładowanie akumulatora wewnętrznego, w warunkach, gdy urządzenie nie pracuje? Takie rozwiązanie zostało zastosowane intencjonalnie, aby maksymalnie wydłużyć żywotność akumulatora wewnętrznego. Doładowywanie baterii podczas pracy urządzenia negatywnie wpływa na parametry baterii w dłuższej perspektywie czasu. Jednocześnie długość pracy urządzenia po pełnym naładowaniu akumulatora wynosi około 3 godziny, dzięki czemu doładowywanie podczas pracy nie jest konieczne.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Punkt 8.

Czy zamawiający dopuści zewnętrzną ładowarkę, którą ładuje się baterię wewnątrz urządzenia ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Punkt 11

Czy zamawiający dopuści wagę kompletnego urządzenia z akcesoriami niezbędnymi do wykonywania

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

masażu serca < 12kg ?

Punkt 12.

Czy zamawiający dopuści urządzenie, które nie posiada wbudowanego modułu bluetooth?

W przypadku wykonywania resuscytacji krążeniowo oddechowej transfer danych na komputer PC jest rzadko stosowane w praktyce ze względu na inne czynności związane z ratowaniem życia pacjenta.

Wykorzystanie modułu bluetooth także podwyższa koszt zakupu urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Wszyscy oferenci zainteresowani przetargiem publicznym, który jest postępowaniem nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy (30 tyś euro) są zobowiązani do zapoznawania się z odpowiedziami na zapytania, gdyż doprecyzowują one przedmiot zamówienia. Są warunkiem złożenia poprawnej oferty.

Jednocześnie zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmiany tj. 26.11.2018 r. godz. 11:00

Powyższe odpowiedzi zostały zamieszczone na stronie zamawiającego: www.szpital-braniewo.home.pl w dniu 22.11.2018 r.