



Braniewo, dnia 12.10.2020 r.

Znak sprawy: PCM/PP 04/NSSU//2020

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: przetargu publicznego na: **dostawę aparatu USG (echokardiografu) w ilości: 1kpl.,.**

Zamawiający otrzymał od oferentów zapytania o treści:

ZAPYTANIE I

PYTANIA DO SIWZ

Aparat USG (Echokardiograf) – ilość 1 kpl.

Pytanie 01. Dotyczy pkt. 2

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z o wadze 87 kg?

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy

Pytanie 02. Dotyczy pkt. 10

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez modułu zasilania baterijnego, wbudowanego w aparat, umożliwiającego szybki start aparatu (poniżej 5 sek.) przy ponownym włączeniu napięcia? W zamian oferujemy możliwość zahibernowania aparatu w stan spoczynku z możliwością włączenia poniżej 15 sekund.

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy

Pytanie 03. Dotyczy pkt. 17

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z funkcją ustawienia kąta korekcji przepływu dla PWD dla PWD bez CW?

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy

Pytanie 04. Dotyczy pkt. 19

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z maksymalnym czasem zapisu w „Cine loop” dla prezentacji Doppler Pulsacyjny 64 sek? W naszej opinii najdłuższa pętla jaka jest zazwyczaj wykorzystywana to około 12sek.

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z ogłoszeniem

Pytanie 05. Dotyczy pkt. 26

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z anatomicznym M-Mode w czasie rzeczywistym bez możliwości anatomicznego M-Mode na pętlach obrazowych 2D zapisanych w pamięci CINE lub na dysku twardym aparatu?

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z ogłoszeniem

Pytanie 06. Dotyczy pkt. 27

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z możliwością obrazowania i prezentacji w trybie spektralnym (PWD) - Doppler Pulsacyjny Spektralny oraz zapis prędkości do 8 m/sek?

Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy

Pytanie 07. Dotyczy pkt. 37

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z głowicą sektorową o zakres częstotliwości pracy w zakresie od 2 MHz do 4,0 MHz?

[Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z ogłoszeniem](#)

Pytanie 08. Dotyczy pkt. 38

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z kątem skanowania w zakresie do 90 stopni?

[Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z ogłoszeniem](#)

Pytanie 09. Dotyczy pkt. 40

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z możliwością rozbudowy o sondę przezprzełykowa wielopłaszczyznowa o zakresie częstotliwości 2-7 MHz?

[Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy](#)

Pytanie 010. Dotyczy pkt. 40

Czy zamawiający wymaga w przetargu wysokiej klasy aparat USG przygotowany (wyposażony w moduł) do podłączenia głowicy przezprzełykowej?

[Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z ogłoszeniem](#)

Pytanie 011. Dotyczy pkt. 41

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z możliwością rozbudowy o sondę linową o zakresie częstotliwości 4-12 MHz?

[Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy](#)

Pytanie 012. Dotyczy pkt. 42

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o oprogramowanie do wizualizacji w czasie rzeczywistym zmian hemodynamicznych w naczyniach i prezentacja uzyskanych danych w czarno-białej skali bez użycia dopplera od 2 MHz do 4,0 MHz?

[Odpowiedź Zamawiającego: dopuszczamy](#)

Pytanie 013. Dotyczy pkt. 37

Czy zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG z możliwością zdalnej diagnostyki i naprawy, bezpłatnej w okresie gwarancji, umożliwiającej: zdalną diagnostykę i weryfikację usterek, naprawy oprogramowania i błędów w konfiguracji, zmianę parametrów aplikacyjnych i ustawień aparatu, instalację aktualizacji oprogramowania bez możliwości instalacji sterowników dla peryferiów?

[Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z ogłoszeniem](#)

ZAPYTANIE II

Dot. załącznika nr 2 FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

Pkt. 22 oraz 35 Zamawiający wymaga videoprintera zarówno w punkcie 22 jak i 35 co

prawdopodobnie stanowi omyłkę pisarską.

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wymaga 1 szt videoprintera

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak, jest to omyłka pisarska Zamawiający wymaga 1 szt videoprintera](#)

Wszyscy oferenci zainteresowani przetargiem publicznym, który jest postępowaniem nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy (30 tys euro) są zobowiązani do zapoznawania się z odpowiedziami na zapytania, gdyż doprecyzowują one przedmiot zamówienia. Są warunkiem złożenia poprawnej oferty.

[Jednocześnie zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmiany tj.: 14.10.2020 r. godz. 11:00](#)

Powyższe odpowiedzi zostały zamieszczone na stronie zamawiającego: www.szpital-braniewo.home.pl w dniu 12.10.2020 r.