



Braniewo, dnia 01.04.2019 r.

Oznaczenie sprawy: ZO 6/NSSU//2019

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Dotyczy: zapytania ofertowego na: dostawę wirówki laboratoryjnej.

Zamawiający otrzymał od oferentów zapytania o treści:

ZAPYTANIE I

1. W nawiązaniu do ogłoszonego zaproszenia do złożenia oferty o numerze sprawy ZO 6/NSSU//2019, zwracam się z pytaniem, czy Zamawiający zgodzi się i dopuści wirówkę laboratoryjną o wymiarach 300x367x455 mm spełniającą wszystkie pozostałe wymagania warunków technicznych?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

ZAPYTANIE II

1. Czy dopuszczają Państwo kompletny wirnik kątowy umożliwiający wirowanie 24 sztuk próbek o wymiarach fi 13/16 x 75/100mm, wykonany z odpornego chemicznie i mechanicznie polipropylenu, z możliwością sterylizacji w autoklawie i spełniający pozostałe wymagania?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie, zgodnie z zaproszeniem

2. Czy dopuszczają Państwo wymiary wirówki (HxWxD) 275x325x470 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

3. Czy jako automatyczne otwieranie pokrywy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, w którym sterowany i kontrolowany elektronicznie zamek pokrywy jest otwierany za pomocą dedykowanego przycisku na panelu kontrolnym wirówki?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak

Wszyscy oferenci zainteresowani zapytaniem ofertowym, który jest postępowaniem nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy (30 tys euro) są zobowiązani do zapoznawania się z odpowiedziami na zapytania, gdyż doprecyzowują one przedmiot zamówienia. Są warunkiem złożenia poprawnej oferty. Jednocześnie zamawiający przypomina, że termin składania ofert pozostaje bez zmiany tj. 05.04.2019 r. godz. 14:00

Powyższe odpowiedzi zostały zamieszczone na stronie zamawiającego: www.szpital-braniewo.pl w dniu 01.04.2019 r.