



Braniewo, dnia 23.11.2018 r.

Znak sprawy: PCM/PP 10/NSSU//2018

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

**Dotyczy:** przetargu publicznego na: **dostawę urządzenia do kompresji klatki piersiowej dla zespołów ratownictwa medycznego w ilości: 1szt.**

**Zamawiający otrzymał od oferentów zapytania o treści:**

### **ZAPYTANIE I**

#### **Pytanie 1.**

Urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej

Biorąc pod uwagę fakt iż opis urządzenia do mechanicznej kompresji klatki piersiowej wskazuje jednoznacznie na urządzenie Lukas3 którego dystrybucją zajmuje się firma Stryker prosimy o odpowiedź czy celu zachowania uczciwej konkurencji Zamawiający dopuści na zasadzie równoważnej urządzenie renomowanego szwedzkiego producenta tj firmy Schiller o wadze kompletnego urządzenia gotowego do pracy wynoszącej tylko **4 kg** o parametrach równoważnych tj

- automatycznie regulujące wysokość tłoka do pozycji startowej

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Dopuszczamy**

- posiadające zakres głębokości ucisku od 4,2cm do

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Brak parametru końcowego**

- posiadający częstość uciśnień na min wynoszącą 100

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie. Brak parametru końcowego**

- z wymiennym zestawem akumulatorów ( w kpl 2 szt) o czasie pracy dłuższym niż wymaga zamawiający i zdecydowanie krótszym czasie ładowania w ładowarce zewnętrznej zasilanej z 12 i 230V z możliwością pracy urządzenia bez akumulatora tj na samym zasilaniu 12v lub 230V

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Dopuszczamy**

- z wbudowanym interfejsem serwisowym umożliwiającym odczyt parametrów pracy po złączu USB

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak. Dopuszczamy**

**Wszyscy oferenci zainteresowani przetargiem publicznym, który jest postępowaniem nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy (30 tys euro) są zobowiązani do zapoznawania się z odpowiedziami na zapytania, gdyż doprecyzowują one przedmiot zamówienia. Są warunkiem złożenia poprawnej oferty.**

**Jednocześnie zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmiany tj. 26.11.2018 r. godz. 11:00**

Powyższe odpowiedzi zostały zamieszczone na stronie zamawiającego: [www.szpital-braniewo.home.pl](http://www.szpital-braniewo.home.pl) w dniu 23.11.2018 r.