



Braniewo, dnia 16.12.2020 r.

Znak sprawy: ZO 10/NSSU//2020

Odpowiedzi na zapytania 1

Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO 10/NSSU//2020

Powiatowe Centrum Medyczne Spółka z o. o. w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Moniuszki 13, zaprasza do złożenia oferty cenowej w trybie zapytania ofertowego na dostawę wolno stojących kabin do dezynfekcji oraz dostawę lamp bakteriobójczych.

Zamawiający otrzymał od oferentów zapytania o treści:

ZAPYTANIE I

1. Czy kabina do dezynfekcji ludzi jest przeznaczona do dezynfekcji osób w ubraniu cywilnym czy wyłącznie kombinezonach ochronnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje aby bramka przeznaczona była do dezynfekcji w ubraniu cywilnym

2. Zamawiający w opisie nie zawarł dostawy środka do dezynfekcji czyli należy rozumieć iż zaopatrzy się we własnym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający określił iż dostawa ma zawierać kompletna dostawę i pierwsze uruchomienie, należy przez to rozumieć iż dostawa również przewiduje pierwsze uzupełnienie środków do dezynfekcji

3. Czy Zamawiający wymaga by kabina posiadała podłogę antypoślizgową z odpowiednią klasa antypoślizgowości zgodnie z wymogami BHP i PIP, czy kabina może być bez podłogi. Jest to bardzo ważne w przypadku zaistnienia incydentu, tym bardziej iż podłoga w czasie użytkowania będzie dodatkowo wilgotna.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga aby bramka spełniała wszelkie wymogi BHP i PiP. Bramka ma mieć własną antypoślizgową matę

4. Czy Zamawiający wymaga by kabina posiadała pod podłogą pojemnik na zużytą ciecz dezynfekcyjną z kontrolowanym odprowadzeniem zgodnie z wymogami Sanepidu czy jednak zużyta ciecz może się rozlewać i ulatniać w całości do pomieszczeń wokół kabiny.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający przewiduje aby kabina do dezynfekcji miała własny niezależny zbiornik

5. Czy kabina powinna posiadać dodatkowo przed wejściem do komory tablet z pomiarem temperatury (bezkontaktowy pomiar temperatury u pojedynczych osób)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga dodatkowych elementów wyposażenia

6. Czy Zamawiający wymaga by kabina posiadała podjazdy dla niepełnosprawnych z barierkami zgodnych z wymaganiami PEFRON.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje iż wejście i zejście do bramki ma być bezpieczne dla osób z niepełnosprawnością

7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość składania każdego pakietu oddzielnie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozdziału zadań

Wszyscy oferenci zainteresowani przetargiem są zobowiązani do zapoznawania się z odpowiedziami na zapytania oraz ewentualnymi modyfikacjami specyfikacji bądź sprostowaniami jej zapisów, gdyż doprecyzowują one przedmiot zamówienia i siwz. Są warunkiem złożenia poprawnej oferty.

Powyższe odpowiedzi zostały zamieszczone na stronie zamawiającego: www.szpital-braniewo.pl w dniu 16.12.2020 r.