



Braniewo, dnia 11.10.2020

Znak sprawy: PCM/ZP 05/I/2020

Odpowiedzi na zapytania

Dotyczy: *na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku, materiałów do sterylizacji, materiałów laboratoryjnych, materiałów do endoskopii oraz niektórych materiałów wielokrotnego użytku.*

Zamawiający otrzymał od oferentów zapytania o treści:

ZAPYTANIE I

Rozdział XI SIWZ

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o rozważenie przeprowadzenia przedmiotowego postępowania za pośrednictwem platformy elektronicznej. Zamawiający dysponuje dostępem do takiego narzędzia a Prezes Urzędu Zamówień Publicznych rekomenduje dla wszystkich postępowań zastosowanie dostępnych platform zakupowych. Ma to niebagatelne znaczenie dla wszystkich stron:

- Realnie wpływa na bezwzględnie priorytetową obecnie ochronę personelu placówek medycznych przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;
- Minimalizuje potencjalne źródła zakażeń w placówkach medycznych poprzez eliminowanie ogniw pośrednich, np. wizyty doręczycieli, napływ dużych ilości papieru pochodzącego z różnych źródeł;
- Ułatwia, a czasem wręcz umożliwia Wykonawcom udział w postępowaniach przetargowych, w sytuacji powszechnej pracy zdalnej pracowników;
- Usprawnia realizację i przyspiesza przebieg procedur przetargowych

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz

Rozdział XII SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku, w pozycjach które trzeba wycenić w sztukach?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszczamy

Załącznik nr 7 SIWZ, projekt umowy §7

Zwracam się z prośbą o dodanie nowego zapisu do umowy: Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku zaprzestania produkcji oferowanego wyboru przez producenta. Na potwierdzenie powyższej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia wydanego przez producenta wyrobu potwierdzającego fakt zaprzestania produkcji. Zaoferowany nowy wyrób musi posiadać identyczne lub lepsze parametry niż wskazane w ofercie. Uzasadnienie: Wprowadzenie powyższego zapisu zabezpiecza interes Zamawiającego, przed otrzymywaniem dostaw innych produktów niż zakontraktowane, często gorszej jakości i tańszych w zakupie dla dystrybutora pod pretekstem gołosłownych stwierdzeń o zaprzestaniu produkcji przez producenta

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz

ZAPYTANIE II

SIWZ rozdział VI ust. 3 pkt 3.1

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz

Zadanie 21: Materiały laboratoryjne plastikowe

Poz. 1 – Prosimy o podanie głębokości nakłucia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z siwz

Poz. 2 – Czy Zamawiający zaakceptuje kuwety mikro o poj. 2 ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszczamy

Poz. 3 – Czy Zamawiający zaakceptuje kuwety makro o poj. 4 ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszczamy

Poz. 4 – Czy Zamawiający zaakceptuje kapilary z heparyną sodową o wymiarach takich jak w SIWZ czyli 1,6x125mm z określoną przez producenta pojemnością 98µl?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszczamy

Poz. 11 – Czy Zamawiający zaakceptuje probówki stożkowe o wymiarach 16x100mm z określoną przez producenta pojemnością 10 ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszczamy

Poz. 12 – Czy Zamawiający zaakceptuje probówki okrągłodenne o wymiarach 16x100mm z określoną przez producenta pojemnością 10 ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszczamy

Poz. 15 – Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki o pojemności całkowitej 150 ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak dopuszczamy

ZAPYTANIE III

Zadanie nr 1, pozycja

Czy Zamawiający dopuści igłę w rozmiarze 0,45x13mm lub 0,45x16mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę igły bezpiecznej w opakowaniu a'50 szt. z przeliczeniem ilości do 4 opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści igłę motylek w rozmiarze 22G 0,7 x 19 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 1, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści wycenę igły o długości 90mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

Zadanie nr 1, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści wycenę igły 27G 120mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

Zadanie nr 1, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści igłę do biopsji w rozmiarze 18G x 73 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 1, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści igłę do biopsji w rozmiarze 16G x 73 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki 20 ml w opakowaniu a'50 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki 100 ml w opakowaniu a'25 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawki tuberkulinowej w opakowaniu a'100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 3, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków do venflonów a opakowaniu a'250 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik zewnętrzny w rozmiarach 25mm, 29mm, 32mm, 36mm, 41mm z klejem naniesionym na całej powierzchni od wewnątrz, bez dwustronnie samoprzylepnego paska, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z siwz

Zadanie nr 5, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę sterylnej żelu o pojemności 6ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 5, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści wycenę opaski uciskowej jednorazowego użytku bezlateksowej pakowanej a'25 w papierowym dyspenserze?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Zadanie nr 6, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści wycenę osłonki ginekologicznej pakowanej pojedynczo w opakowaniu handlowy a'114 szt. z przeliczeniem ilości?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Zadanie nr 6, pozycja 13-14

Czy Zamawiający dopuści wycenę opaski z opakowaniu a'100 szt. z przeliczeniem ilości?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Zadanie nr 10, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków w opakowaniu a'90 szt z przeliczeniem ilości?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Zadanie nr 10, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści wycenę zaciskacza w opakowaniu a'50 szt. Z przeliczeniem ilości?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Zadanie nr 12, pozycja 2, 5, 6

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

[Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie co znajdzie odzwierciedlenie w modyfikacji siwz, polegającej na wydzieleniu z zadania 12 poz. 2,5,6 i utworzeniu z tej pozycji zadania 12A. Odpowiednio zmodyfikowane dokumenty tych zmian można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego](#)

Zadanie nr 12, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rolce perforowane co 37,5cm?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Zadanie nr 12, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania., wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm umożliwia wywiniecie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Zadanie nr 12, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec w rozmiarze 90x200cm?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Zadanie nr 13, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę papieru w rozmiarze 112x100x100?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

Zadanie nr ~~19~~/15, pozycja 9

Czy Zamawiający wycenę dopuści rurki intubacyjne w rozmiarach 3,0 - 10,0, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

Zadanie nr ~~19~~/15, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści elektrody do Holtera o średnic 54mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

ZAPYTANIE IV

Zadanie 16

Lp.1

Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na kleszczyki biopsyjne jednorazowego użytku o średnicy zewnętrznej 2.4 mm i długości 2400 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Lp.2

Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na kleszczyki biopsyjne jednorazowego użytku o średnicy zewnętrznej 2.4 mm i długości 1600 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Lp.3

Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na kleszczyki biopsyjne jednorazowego użytku o średnicy zewnętrznej 2.2 mm i długości 1600 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

ZAPYTANIE V

Zadanie 17

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczoteczek o długości 2500 mm.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

2. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 20 mm i 32 mm, długość 1800 i 2400 mm, pozostałe właściwości według opisu.

Odpowiedź Zamawiającego: Tak dla 2 400 mm

ZAPYTANIE VI

Dot. zad. 21 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na kuwety 2,0 ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Dot. zad. 21 poz. 3

Czy Zamawiający zgodzi się na kuwety 4,0 ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Dot. zad. 21 poz. 3

Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy zgodzi się na kuwety 4,5ml cztery ściany przejrzyste (optycznie gładkie)?

[Odpowiedź Zamawiającego: j.w](#)

Dot. zad. 21 poz. 4

Czy Zamawiający zgodzi się na kapilary 98ul o wymiarach wskazanych w SIWZ?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Dot. zad. 21 poz. 10

Czy Zamawiający zgodzi się na probówki PS z korkiem, 12/75 mm o poj. 4ml bez podziałki, sterylne?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Dot. zad. 21 poz. 11

Czy Zamawiający zgodzi się na probówki stożkowe 16/100 mm o poj. 10ml?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Dot. zad. 21 poz. 17

Czy Zamawiający ma na myśli naczynka typu Technicon? Jeśli inne- prosimy o podanie rodzaju.

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

ZAPYTANIE VII

Zadanie 2, poz. 5-6

Czy zamawiający wydzieli poz.5-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

[Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy](#)

Zadanie 2, poz. 5

Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?

[Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy](#)

Zadanie 3, poz. 9

Czy zamawiający wydzieli poz.9 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

[Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy](#)

Zadanie 6, poz. 8,13,14

- Czy zamawiający wydzieli poz.8,13,14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

[Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy](#)

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

[Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy](#)

Zadanie 7, poz. 1-2

- Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrzędu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

- Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie 10, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie 12, poz. 1,3-4

Czy zamawiający wydzieli poz.1,3-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie co znajdzie odzwierciedlenie w modyfikacji siwz, polegającej na wydzieleniu z zadania 12 poz. 1,3,4 i utworzeniu z tej pozycji zadania 12B. Odpowiednio zmodyfikowane dokumenty tych zmian można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego

Zadanie 12, poz. 1

- Czy zamawiający dopuści także inne kolory np. biały, gdyż w obecnej globalnej sytuacji związanej z utrudnioną dostępnością towaru kolorystyka ma znaczenie drugorzędne.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

- Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie 12, poz. 3-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie 15, poz. 4-7,14-16

Czy zamawiający wydzieli poz. 4-7,14-16 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

ZAPYTANIE VIII

Zadanie 1 poz.1-10

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej ofert jakościowej i cenowej na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

Zadanie 2 poz.1-4

Czy Zamawiający wymaga strzykawkę 2-cz luer?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

Zadanie 2 poz.1-4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawkę 2-cz luer z rozszerzoną skalą: 2-3ml^l; 5-6ml; 10-12ml; 20-24ml.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

Zadanie 2 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawkę pakowanych po 80szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie 2 poz.5

Czy Zamawiający wymaga strzykawki do pomp?

Odpowiedź Zamawiającego: Wymaga

Zadanie 2 poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawkę z rozszerzoną skalą 50-60ml.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

Zadanie 2 poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawkę pakowanych po 50szt/op.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie 2 poz.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawkę pakowanych po 25szt/op.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie 2 poz.6

Czy Zamawiający wymaga aby końcówka w/w strzykawki była ścięta pod kątem 45 stopni?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

Zadanie 3 poz.1

Czy Zamawiający wymaga kaniul pediatrycznych wykonanych z FEP?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie wymaga

Zadanie 3 poz.1

Czy Zamawiający wymaga kaniul pediatrycznych ze zdejmowanym uchwytem?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie wymaga

Zadanie 3 poz.11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w zaworu pakowanego po 100szt.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie 3 poz.11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w zaworu pakowanego po 250szt.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie 12

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na możliwość składania ofert na wybrane pozycje w pakiecie.

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z siwz

Zadanie 12 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w fartuchów w kolorze niebieskim.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

ZAPYTANIE IX

Asortymentu:

Dotyczy zadania 21 pozycji 6

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania końcówek typu Gilson czy Eppendorf?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy 2 końcówki

Dotyczy zadania 21 pozycji 7

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania końcówek spakowanych po 500 sztuk?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Dotyczy zadania 21 pozycji 8

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaskim zatrząskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock. Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się probówki np. podczas jej wirowania przy wysokich obrotach.

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Dotyczy zadania 21 pozycji 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek z PS, o wymiarach 12x75 mm i pojemności 4 ml, z korkiem, sterylnych, bez podziałki?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Czy w przypadku braku zgody na powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu?

Dotyczy zadania 21 pozycji 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek z podziałką o poj. 10ml, stożkowych o średnicy 16mm i długości 105mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Dotyczy zadania 21 pozycji 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o pojemności użytkowej 120 ml i całkowitej 140 ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Dotyczy zadania 22 pozycji 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę (w związku z wycofaniem produktu z oferty) na zaoferowanie probówek o poj. 10 ml, o wym. 95 mm x 16mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

SIWZ:

1. Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów (tam, gdzie jednostką miary jest sztuka) z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku w pakietach nr 21,22?

Zgodnie, bowiem z najnowszą linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki końcówki, czy szkiełka). (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06).

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

2. Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli Wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z siwz

Projekt umowy:

Dotyczy § 2 ust. 2,1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł netto”?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł koszty transportu, na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z siwz

Dotyczy § 5 ust. 7

Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w przetargu, czy Zamawiający nie rozważy możliwości dodania zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości zamówienia, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”?

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z siwz

ZAPYTANIE X

Niniejszym działając na podstawie Art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, firma Becton Dickinson Polska Sp. z o.o. zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: siwz).

Zadanie nr 3

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć próbki oferowanych wyrobów medycznych wyłącznie w zakresie poz. 1-4.

Kryterium: wartość użytkowa będzie podlegała indywidualnej ocenie członków Komisji przetargowej poprzez przetestowanie próbek oferowanego asortymentu z zadania 3 (kaniule dożylnie) w poz. 1-8.

Komisja będzie oceniała w skali od 1-4 biorąc pod uwagę takie cechy jak: ostrość kaniuli, szczelność przy koreczku, trwałość zamocowania koreczka, odporność na nadmierne wyginanie się. Do punktacji kryterium, będą brane pod uwagę sumy punktów przyznane przez członków komisji.

Skala punktowa oceny:

Niska ocena użytkowa – 1 pkt.

Średnia ocena użytkowa – 2 pkt.

Wysoka wartość użytkowa – 3 pkt.

Bardzo wysoka wartość użytkowa – 4 pkt.

Próbki dla zadania 3 w poz. 1-4 w ilości po 2 szt. na pozycję należy dostarczyć nieodpłatnie wraz z ofertą w oryginalnych opakowaniach gwarantujących właściwości sterylne wyrobu

Odpowiedź Zamawiającego: Wystąpił błąd pisarski chodzi o zakres poz. 1-8 po 2 szt.

ZAPYTANIE XI

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiającemu chodzi o Łączniki jednorazowe EtCO2 w strumieniu głównym do układu oddechowego dla dzieci ? czy Adapter do dróg oddechowych dla dzieci/niemowląt dla rurek intubacyjnych < 4,0 mm w strumieniu bocznym?

Odpowiedź Zamawiającego: chodzi o Łączniki jednorazowe EtCO2

Pytanie 2 zad 19 LP.4

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiającemu chodzi o Łącznik jednorazowy EtCO2 w strumieniu głównym do układu oddechowego dla dorosłych/dzieci z ustnikami?

Czy Adapter do dróg oddechowych dla dorosłych/dzieci dla rurek intubacyjnych > 4,0 mm w strumieniu bocznym?

Odpowiedź Zamawiającego: chodzi o Łączniki jednorazowe EtCO2

ZAPYTANIE XII

1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 10 igłę do rozpuszczania leków z otworem bocznym lub wydzieli ją do osobnego pakietu?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

2. Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 1 pozycję 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 umożliwi to złożenie konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

3. Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 1 w pozycjach od 1 do 9, igły ostrzone były laserowo, tak aby zapewnić im najwyższej jakości ostrość?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie wymagamy

4. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 pozycja 4 strzykawkę 20 ml pakowaną po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

5. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2 pozycja 5 strzykawkę z rozszerzeniem 50/60 ml, reszta zgodnie z SiWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

6. Czy Zamawiający wydzieli pozycję 7 z pakietu 2, umożliwi to złożenie konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

7. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 2, pozycja 9 strzykawkę pakowaną po 120 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

8. Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 3 kaniule w pozycjach od 1 do 8 wykonane były z biokompatybilnego poliuretanu (vialon) z załączonymi do oferty opublikowanymi badaniami klinicznym na biokompatybilność poliuretanu potwierdzającymi wpływ rodzaju materiału na ryzyko powstawania zakrzepowego zapalenia żył?

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z siwz

9. Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie 3 kaniule w pozycjach 7 i 8 posiadały zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach, w pełni zamykającej ostrze i światło igły, wyposażonej w konstrukcję pomagającą wyeliminować przypadki nieprzewidzianej ekspozycji na krew po wycofaniu igły w postaci cienkich rurek (kapilary). Pozbawiona jakichkolwiek ostrych elementów wchodzących w skład mechanizmu zabezpieczającego kaniulę, konstrukcja kaniuli ma chronić personel medyczny przed przypadkowym zakłuciem/zadrażnieniem/ zachlapaniem krwią?

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z siwz

10. Czy Zamawiający w pakiecie 3 pozycja 11, używając sformułowania korek niekapek ma na myśli Łącznik bezigłowy o nielaminarnym dodatnim torze przepływu płynu. Długość i waga 3 cm, 1,75 g. Objętość wypełnienia 0,19 ml. Prędkość przepływu 142 ml/min. Możliwość utrzymania łącznika do 7 dni lub 200 aktywacji?

Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z siwz

ZAPYTANIE XIII

Zadanie 6 poz. 2, 3, 6, 7, 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 6 pozycje nr: 2, 3, 6, 7, 10 do osobnego zadania? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla centrum medycznego.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

Zadanie 15 poz. 1-2, 8-11, 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania 15 pozycje nr: 1-2, 8-11, 16 do osobnego zadania? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla centrum medycznego.

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

Zadanie 15 poz. 3

Czy Zamawiający oczekuje filtra bakteryjno-wirusowego z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, elektrostatycznego, o skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,9999%, nawilżaniu 37 mg/l H₂O przy Vt=500 ml, przestrzeni martwej 55m?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak ,oczekuje

Zadanie 15 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę tlenową z rezerwuarem dla dorosłych w jednym uniwersalnym rozmiarze dla dorosłych?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

Zadanie 15 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę tlenową z nebulizatorem dla dorosłych w jednym uniwersalnym rozmiarze dla dorosłych?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

Zadanie 15 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną elektrodę EKG z żelem ciekłym, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

Zadanie 15 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną elektrodę EKG z żelem 50 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie 15 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę tlenową z nebulizatorem + drenem w jednym uniwersalnym rozmiarze dla dorosłych?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

Zadanie 15 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę do tlenu dla dorosłych w jednym uniwersalnym rozmiarze dla dorosłych?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

ZAPYTANIE XIV

Pyt. 1 – Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z pakietu nr 3 pozycji nr 1-9 i stworzy z nich oddzielny pakiet, co pozwoli naszej firmie na złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

Pyt. 2 – Czy Zamawiający w pozycji 2-8 wymaga kaniuli z portem bocznym umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi, zapewniającym całkowitą stabilność podczas używania portu bocznego?

Odpowiedź Zamawiającego: Wymagamy

Pyt. 3 – Czy Zamawiający w poz. 2-8 wymaga, aby kaniule posiadały 3 paski kontrastujące w RTG?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie wymagamy

ZAPYTANIE XV

Pytanie 1

Dotyczy Zadanie 16 – poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować kleszczyki do biopsji jednorazowe 2,3x1600 przeznaczone do gastrokopii?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Pytanie 2

Dotyczy Zadanie 17 – poz. 1

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować szczoteczki do endoskopów dwustronne o średnicach 6.0 i 6.0 mm (zakończone kulkami), dł. 2300 mm, śr. 1,8 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie

Pytanie 3

Dotyczy Zadanie 17 – poz. 2

Czy Zamawiający pozwoli zaoferować pętle owalne, obrotowe do polipektomii 15mm, 25mm, 30mm i 35 mm (do wyboru przez Zamawiającego) do kanału roboczego 2,8mm, wymiary narzędzia śr. 2,3mm i długość 2300mm?

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

Pytanie 4

Dotyczy Zadanie 17 – poz. 5

Czy Zamawiający pozwoli zaoferować spodenki do kolonoskopii na gumkę w rozmiarze uniwersalnym?

[Odpowiedź Zamawiającego: Tak](#)

Pytanie 5

Dotyczy Zadanie 17 – poz. 5

Czy Zamawiający wydzieli z w/w zadania pozycję 5 do odrębnego pakietu np. 23A, pozwoli to na złożenie oferty konkurencyjnej na pozostałe pozycje?

[Odpowiedź Zamawiającego: Nie](#)

Pytanie 6

Dotyczy warunków umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w § 3 ustępu o następującej treści:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”.

[Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z siwz](#)

Pytanie 7

Dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„W przypadku wycofania, bądź chwilowego zaprzestania produkcji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu produktu zastępczego o tych samych, bądź zbliżonych parametrach technologicznych - przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie”.

[Odpowiedź Zamawiającego: zgodnie z siwz](#)

Pytanie 8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

[Odpowiedź Zamawiającego: Nie](#)

ZAPYTANIE XVI

Zadanie nr 6, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową innego producenta?

[Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy](#)

Zadanie nr 6, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści worki j. u. na wymiociny o pojemności 1,5 l?

[Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy](#)

Zadanie nr 15, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści filtr innego producenta?

Odpowiedź Zamawiającego: Nie dopuszczamy

Zadanie nr 15, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z rezerwuarem dla dorosłych wyłącznie w rozmiarach L i XL?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 15, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z nebulizatorem dla dorosłych wyłącznie w rozmiarach L i XL?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Zadanie nr 15, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści maskę do tlenu dla dorosłych wyłącznie w rozmiarach L i XL?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

ZAPYTANIE XVII

1/ Czy Zamawiający w Zadaniu nr 1 poz.9 dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,7x19mm ?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

2/ Czy Zamawiający w Zadaniu 2 poz. 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu do pobierania leków o cechach:

- umożliwiał higieniczne pobieranie leków z opakowań wielodawkowych różnej pojemności;
- łatwy w obsłudze, ergonomiczny kształt;
- z filtrem powietrza 0,1um;
- kompatybilny ze złączami luer oraz luer-lock;
- szczelne i bezpieczne połączenie dzięki ostremu kolcowi biorczemu;
- pozbawiony lateksu, PCV oraz ftalanów; sterylizowany tlenkiem etylenu;
- opakowanie opisane w języku polskim. ?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

3/ Czy Zamawiający w Zadaniu 3 poz. 11 dopuści wycenę koreczków za 1 szt., opakowanie zbiorcze x250szt?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

4/ Czy Zamawiający w Zadaniu 2 poz. 9 dopuści wyceny strzykawek x 100szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego: Dopuszczamy

Wszyscy oferenci zainteresowani przetargiem są zobowiązani do zapoznawania się z odpowiedziami na zapytania oraz ewentualnymi modyfikacjami specyfikacji bądź sprostowaniami jej zapisów, gdyż doprecyzowują one przedmiot zamówienia i siwz. Są warunkiem złożenia poprawnej oferty. Jednocześnie zamawiający przypomina, że termin składania ofert został przesunięty z dnia. 12.10.2020 r. godz. 11:00 na dzień 14.10.2020 r. godz. 11:00

Niniejsze odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego: www.szpital-braniewo.pl w dniu 11.10.2020 r.