



Braniewo, dnia 04.10.2018

Znak sprawy: PCM/ZP 03/I/2018

Odpowiedzi na zapytania 3

Dotyczy: *na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku, materiałów do sterylizacji, materiałów laboratoryjnych, materiałów do endoskopii oraz niektórych materiałów wielokrotnego użytku.*

Zamawiający otrzymał od oferentów zapytania o treści:

ZAPYTANIE I

1. Dotyczy Zadanie nr 22, pozycja nr 1: Czy w miejsce rękawa o wymiarach 150mmx50mmx100mb Zamawiający dopuści rękaw 150mmx55mmx100mb?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

2. Dotyczy Zadanie nr 22, pozycja nr 2: Czy w miejsce rękawa o wymiarach 200mmx50mmx100mb Zamawiający dopuści rękaw 200mmx60mmx100mb?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

3. Dotyczy Zadanie nr 22, pozycja nr 4: Czy w miejsce rękawa o wymiarach 380mmx85mmx100mb Zamawiający dopuści rękaw 400mmx80mmx100mb?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

4. Dotyczy Zadanie nr 22, pozycja nr 10-11 czy zamawiający dopuści papier w opakowaniu po 100 sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

5. Dotyczy Zadanie nr 22, pozycja nr 14 Czy zamawiający dopuści testy Bowie Dick w opakowaniu po 300 + przyrząd PCD. Przyrząd umożliwi przeprowadzenie 1000 testów.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

6. Dotyczy Zadanie nr 22, pozycja nr 15 Czy zamawiający dopuści testy w opakowaniu 200 szt + przyrząd PCD? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza

Wszyscy oferenci zainteresowani przetargiem są zobowiązani do zapoznawania się z odpowiedziami na zapytania oraz ewentualnymi modyfikacjami specyfikacji bądź sprostowaniami jej zapisów, gdyż doprecyzowują one przedmiot zamówienia i siwz. Są warunkiem złożenia poprawnej oferty. Jednocześnie zamawiający przypomina, że termin składania ofert pozostaje bez zmiany tj. 08.10.2018 r. godz. 11:00

Niniejsze odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego: www.szpital-braniewo.home.pl w dniu 04.10.2018 r.