



Braniewo, dnia 04.10.2018

Znak sprawy: PCM/ZP 03/I/2018

### Odpowiedzi na zapytania 4

**Dotyczy:** *na dostawę materiałów medycznych jednorazowego użytku, materiałów do sterylizacji, materiałów laboratoryjnych, materiałów do endoskopii oraz niektórych materiałów wielokrotnego użytku.*

Zamawiający otrzymał od oferentów zapytania o treści:

#### **ZAPYTANIE I**

Dotyczy zadania 20 pozycji 6

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania końcówek typu Gilson czy Eppendorf?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza dwa typy końcówek**

Dotyczy zadania 20 pozycji 8

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania probówek typu Eppendorf z płaskim zatraskowym, zintegrowanym z probówką wieczkiem, dzięki któremu możliwe jest opisywanie próbki na wierzchniej stronie korka oraz z zamknięciem typu Safe Lock. Bezpieczne zamknięcie tzw. Safe Lock uniemożliwia przypadkowemu otwarciu się probówki np. podczas jej wirowania przy wysokich obrotach.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza**

Dotyczy zadania 20 pozycji 10

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek z PS, o wymiarach 12x75 mm i pojemności 4 ml, z korkiem, sterylnych, bez podziałki?

Czy w przypadku braku zgody na powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji do osobnego pakietu?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza**

Dotyczy zadania 20 pozycji 13

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o pojemności użytkowej 120 ml i całkowitej 140 ml?

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza**

**Wszyscy oferenci zainteresowani przetargiem są zobowiązani do zapoznawania się z odpowiedziami na zapytania oraz ewentualnymi modyfikacjami specyfikacji bądź sprostowaniami jej zapisów, gdyż doprecyzowują one przedmiot zamówienia i siwz. Są warunkiem złożenia poprawnej oferty. Jednocześnie zamawiający przypomina, że termin składania ofert pozostaje bez zmiany tj. 08.10.2018 r. godz. 11:00**

Niniejsze odpowiedzi na zapytania zostały zamieszczone na stronie zamawiającego: [www.szpital-braniewo.home.pl](http://www.szpital-braniewo.home.pl) w dniu 04.10.2018 r.