



Braniewo, dnia 23.12.2020 r.

Znak sprawy: ZO 24/NSSU//2020

### Odpowiedzi na zapytania 2

**Dotyczy: ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO 24/NSSU//2020**

**Zamawiający otrzymał od oferentów zapytania o treści:**

#### **ZAPYTANIE I**

1. W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym pytamy Zamawiającego czy dopuści urządzenie do kompresji klatki piersiowej Corpuls CPR umożliwiające ustawienie przerwy oddechowej w trakcie resuscytacji (30:2 i 15:2) o długości od 3 do 8 sekund (2 oddechy, urządzenie spełnia normę IEC 60601, PN EN 1789, bez pasów mocujących rękę pacjenta do urządzenia (budowa i sposób działania urządzenia sprawia, że mocowanie rąk pacjenta do urządzenia nie jest potrzebne i producent nie przewidział takiej możliwości), przy spełnieniu pozostałych wymagań OPZ?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

**Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty przy w.w założeniu**

**Wszyscy oferenci zainteresowani przetargiem są zobowiązani do zapoznawania się z odpowiedziami na zapytania oraz ewentualnymi modyfikacjami specyfikacji bądź sprostowaniami jej zapisów, gdyż doprecyzowują one przedmiot zamówienia i siwz. Są warunkiem złożenia poprawnej oferty. Jednocześnie zamawiający przypomina, że termin składania ofert pozostaje bez zmiany t**

Powyższe odpowiedzi zostały zamieszczone na stronie zamawiającego: [www.szpital-braniewo.pl](http://www.szpital-braniewo.pl) w dniu 23.12.2020 r.